

Divan d'examen Fidji

Divan d'examen en acier, revêtu époxy, d'une capacité de 200 kg, équipée de 4 patins, d'un porte rouleau papier. Sans sellerie. Garantie 2 ans.



Marque :PROMOTAL

Référence :DI 10110

Prix :950,00€

DESCRIPTION

Divan d'examen FIDJI

[Rappel : pensez à choisir votre sellerie en cliquant ici !](#)

Un divan d'examen fiable et sécurisé

Bâti en acier, revêtu d'**époxy**, son châssis entièrement soudé, d'une **capacité de charge de 200 kg**, le divan d'examen Fidji vous assure solidité et durabilité. Ce divan d'examen médical est équipée de **4 patins réglables** pour gagner toujours plus en stabilité.

Il est équipé d'un **porte rouleau papier** situé derrière l'assise pour vous permettre l'installation simple du papier. Et pour maximiser son hygiène, toutes ses parties sont rendues accessibles au nettoyage.

Un mobilier médical ingénieux et confortable

Simple de montage, le divan d'examen Fidji a été conçu pour vous offrir flexibilité et offrir confort à vos patients :

Dossier inclinable grâce à son levier dédié Patins de pieds à hauteur ajustable

D'une hauteur de 81 cm, ce mobilier médical a été conçu avec un accès pour les pieds sous le divan. Cet équipement médical est facilement **accessoirisable** pour le rendre complet et faciliter vos examens. Vous avez ainsi la possibilité d'ajouter :

Paire d'étriers Paire d'appui jambes Porte sérum Barrières Appui-tête Rallonge de dossier Repose-tête Coupe-papier

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines).

Livraison, installation et mise en route effectuées par un technicien qualifié.

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Techniques

Dimensions

L 676 x H 810 x l 2000 mm

Capacité de charge

200 kg

Autres

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage

Tête réglable par vérin à gaz

Porte-rouleau papier, longueur maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)

Précautions d'emploi :

Vérifier au moins une fois par an l'état général de la table. Une sellerie dont le revêtement est déchiré n'offre plus de barrière anti bactérienne efficace et doit donc être remplacée sans délai

Références :

Réf article

PMD Médical

DI 10110

Réf fabricant

PROMOTAL

10110-10

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Fiche d'utilisation >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)