

Fil de suture résorbable violet Ethicon PDS II

Fil de suture résorbable destiné à la chirurgie cardiovasculaire, pédiatrique, microchirurgie... sous ZIPPER, en boîte de 24 ou 36.



Marque :ETHICON

Référence :G000146

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Vectral triangulaire - 3/8C 16mm, fil 30cm - Boîte de 24 (+ 245,00€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable violet Ethicon PDS II

La suture chirurgicale résorbable [Ethicon](#) PDS II est indiqué pour la coaptation des tissus mous :

chirurgie cardiovasculaire pédiatrique microchirurgie ophtalmologie

Ce fil est conditionné sous ZIPPER pour une absence de mémoire. Il permet un maintien utile à 7 jours et sa résorption est totale au bout de 3 mois. En boîte de 24 ou 36 selon référence. CE 0086 - produit de classe III.

Tous les fils de suture PDS II d'Ethicon

> Découvrir tous les fils de suture [PDS II d'Ethicon](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison des fils de suture PDS II violet d'Ethicon

Fils de suture PDS II violet en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Ethicon, partout en France.

Conditions SAV pour mon fil de suture PDS II violet d'Ethicon

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture PDS II violet d'Ethicon. Les fils PDS II violet ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, dénutris ou débilités ainsi que chez ceux présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation. Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de dix jours peuvent entraîner une irritation locale et seront retirées si nécessaire. Les sutures sous-cutanées seront posées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagne généralement le processus de résorption. Dans certaines circonstances, notamment les procédés de chirurgie orthopédique, une immobilisation par un procédé de contention externe peut être utilisée à la discrétion du chirurgien. Il convient d'être prudent en cas d'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués car il existe alors un risque de rejet de la suture et de retard de résorption. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte aiguille. Il est particulièrement recommandé de faire des nœuds supplémentaires avec les monofilaments. Saisir l'aiguille dans l'espace se situant du tiers à la moitié du corps, coté fil. Ne pas pincer la pointe ce qui pourrait modifier les caractéristiques de pénétration de l'aiguille et la casser. Ne pas saisir l'aiguille par la zone de sertissage ce qui entraînerait un risque de torsion ou de rupture. L'utilisateur doit prendre les précautions liées à la manipulation d'aiguille afin d'éviter tout risque de blessure. Eliminer les aiguilles usagées dans un conteneur adapté.

Références :

Référence

Quantité par boîte

Longueur fil

Décimale USP

Courbure

Longueur

Pointe

FZ 289E

24

30 cm

5/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Z 461H

36

70 cm

2/0

1/2

22 mm

Triangulaire

Z 358E

24

90 cm

0

1/2

40 mm

Silver Laser

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)